

Białystok, 29 sierpnia 2012 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

w postępowaniu na dostawę do IPN-KŚZpNP Oddziału w Białymstoku 1 skanera dzielowego wraz z komputerem osobistym, monitorem ekranowym oraz oprogramowaniem

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zapytania, które wpłynęły dotychczas w toku niniejszego postępowania:

Pytanie 1. *Dotyczy: Opis parametrów technicznych skaner (strona 10 pkt 11) „Dodatkowe cechy – Kołyska książkowa dopasowująca się do grubości książki (poszytu).”*
Jeżeli Zamawiający przewiduje również możliwość wykorzystania skanera do skanowania dokumentów jednolitych takich jak mapki, plakaty, ulotki, dokumenty luźne o formacie większym niż jedna strona książki np. mapka zbliżona rozmiarem do 460 x 360 mm, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kołyski typu V, która spowoduje zagięcie przykładowej mapki i podział jej na dwie osobne części.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykorzystywania skanera dzielowego będącego przedmiotem zamówienia do digitalizowania dokumentów luźnych.

Pytanie 2. *Dotyczy: Opisu parametrów technicznych skanera (strona 10 pkt 7) „Rozdzielczość optyczna – nie mniejsza niż 600 dpi.”*

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania dwóch osobnych systemów optycznych do skanowania materiałów – osobno kamera dla lewej i osobna kamera dla prawej strony? Wadą takiego rozwiązania jest łatwa możliwość rozkalibrowania systemu, co skutkuje różnicami w kolorystyce i ostrości między lewą i prawą stroną, oraz niemożliwym staje się skanowanie dokumentów jednolitych takich jak mapki, dokumenty luźne na całym możliwym formacie.

Odpowiedź: Zamawiający nie ogranicza dopuszczalnych rozwiązań w zakresie zastosowanych systemów optycznych.

Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięi Narodowej
w Białymstoku

Barbara Bojaryn-Kazberuk