

Wyjaśnienie treści SIWZ

w postępowaniu na dostawę do IPN-KŚZpNP Oddziału w Białymstoku 1 skanera dzielowego wraz z komputerem osobistym, monitorem ekranowym oraz oprogramowaniem

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zapytania, które wpłynęły dotychczas w toku niniejszego postępowania:

Pytanie 1. Dotyczy Opisu parametrów technicznych skanera (strona 10), pkt. 4.

Czy podany obszar skanowania dotyczy jednej, czy dwóch stron skanowanego dokumentu?

Odpowiedź: Wymagany parametr dotyczy całkowitego obszaru skanowania określonego w pkt. 4 Załącznika Nr 1 do SIWZ (Opis parametrów technicznych skanera).

Pytanie 2. Dotyczy Opisu parametrów technicznych skanera (strona 10), pkt. 13.

W szczególności dotyczy wymogu oprogramowanie umożliwiające prostowanie linii łuku, w naszej ocenie takie oprogramowanie jest konieczne tylko w przypadku zastosowania przestarzałej technologii, która skanuje książki przy rozwarciu 180 stopni.

W przypadku zastosowania nowoczesnych rozwiązań opartych o kołyskę V, po prostu nie ma żadnych łuków, które wymagałyby prostowania. Taka sama sytuacja dotyczy odbić i refleksów, które w rozwiązaniach ATIZ BookDrive po prostu nie występują. W naszej opinii należałoby w/w punkt SIWZ rozszerzyć o rozwiązania, które nie wymagają funkcji korygowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oprogramowania określonego w pkt. 13 Załącznika Nr 1 do SIWZ (Opis parametrów technicznych skanera).

Pytanie 3. Dotyczy Opisu parametrów technicznych skanera (strona 10), pkt. 8.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania opartego o kołyskę V-share i wykorzystanie szyby w kształcie litery V.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
w Białymstoku

Barbara Bojarin-Kazberuk